
beurer


IPL 5500
Pure Skin Pro



CS Epilátor Pure Skin Pro
Návod k použití 3
SK Odstraňovač chĺpkov Pure Skin Pro
Návod na použitie 16

CE


6
3
4
5
7
2
1


A
B
C
D

ČESKY



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

⚠ VAROVÁNÍ

- Přístroj a adaptér jsou určeny pouze pro domácí nebo soukromé použití, nikoli pro komerční oblast.
- Přístroj není vhodný pro osoby mladší 18 let.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Před každým použitím zkontrolujte neporušenost přístroje a síťového kabelu. Je-li přístroj poškozen, nesmí být používán.
- Přístroj ani adaptér nesmí být mokré.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, umyvadel, sprch či jiných nádrží s vodou nebo jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nikdy se nedívejte do světla.
- Do přístroje nezasunujte žádné předměty.
- Dbejte na to, aby nebyly ventilační štěrbiny přístroje zakryté.
- Nedotýkejte se žádných vnitřních součástí, jestliže je přístroj poškozen, abyste se vyvarovali úrazu elektrickým proudem.

- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dohledu Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat ani opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

Obsah

1. Obsah balení 5
2. Vysvětlení symbolů..... 5
3. Použití v souladu s určením..... 6
4. Varovné a bezpečnostní pokyny..... 7
5. Popis přístroje..... 11
6. Uvedení do provozu 11
7. Použití..... 12
   7.1 Metody použití 12
   7.2 Speciální pokyny k ošetřování obličeje..... 13
   7.3 Intervaly ošetření..... 14
   7.4 Po ozařování 14
8. Údržba a čištění..... 15
9. Co dělat v případě problémů?..... 15
10. Likvidace 15
11. Technické údaje..... 15
12. Záruka/servis..... 16

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

1 x epilátor Pure Skin Pro
1 x síťový adaptér
1 x návod k použití

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

V návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

⚠ NEBEZPEČÍ

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.

⚠ VAROVÁNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.

⚠ POZOR

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.

Nebezpečí
Přístroj se nesmí používat ve vodě nebo v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

	Dodržujte návod Před zahájením práce a/nebo obsluhy přístrojů nebo zařízení si přečtěte návod
	Přístroj třídy ochrany II
	Pouze pro použití v interiéru
	Chraňte před deštěm a skladujte v suchu
	Varování; optické záření
	Uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od očí!
	Nepoužívejte na opálenou pokožku nebo po vystavení pokožky slunečnímu záření
	(Elektrický) přístroj nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem.
CE	**Značka CE** Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
UK CA	Označení posouzení shody pro Spojené království
EAC	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.
B A	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka
RECYCLE	Produkt a součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Teplotní limit
	Omezení vlhkosti
	Polarita napájecího konektoru stejnosměrného proudu

VI	Energetická účinnost 6
⎓	Stejnosměrný proud
	Výrobce
	Čtěte pokyny

3. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Přístroj IPL Pure Skin Pro je určen k odstranění nežádoucího tělesného ochlupení u žen i mužů.
Přístroj je určen k použití výhradně na **nohou, v podpaží, na tříslech, hrudi, břiše, zádech a v obličeji pod lícními kostmi (v obličeji je použití vhodné jen u žen)**.
Tento přístroj se smí používat pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv nesprávné použití může být nebezpečné. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

Princip fungování technologie IPL
Přístroj IPL Pure Skin Pro pro osobní použití funguje na bázi světla a slouží k depilaci ochlupení s dlouhodobým účinkem. Proces depilace na bázi světla je dobře známý a osvědčený. Celosvětové klinické používání po dobu více než 15 let prokázalo, že je bezpečným a účinným prostředkem pro dosažení dlouhodobého efektu epilace.

Jakým způsobem dochází k depilaci pomocí světla?
Depilace na bázi světla je založena na teorii selektivní fototermolýzy, což je metoda, při níž je růst ochlupení deaktivován působením optické energie. Aby bylo dosaženo tohoto tepelného účinku, musí kořínek chloupku selektivně absorbovat světelnou energii a přeměnit ji na teplo.
Této selektivity je dosaženo tehdy, když je optická energie, která se přenáší do tkáně, absorbována hlavně pigmentem melaninem obsaženým v pokožce. Světelná energie se přeměňuje na teplo, které nakonec deaktivuje růst chloupků.

Jaký vliv má cyklus růstu ochlupení na depilaci založené na působení světla?


Anagenní fáze – fáze růstu


Katagenní fáze – přechodná fáze


Telogenní fáze – klidová fáze

Každý chloupek na našem těle prochází třemi fázemi cyklu růstu ochlupení: anagenní, katagenní a telogenní. Pouze chloupky, které se nacházejí v anagenní fázi, tedy ve fázi růstu, reagují na ošetření pomocí technologie IPL.

Doba trvání kompletního cyklu růstu ochlupení se u jednotlivých lidí liší a závisí na místě ochlupení na těle, zpravidla však činí 18–24 měsíců.

Je bezpodmínečně nutné si uvědomit, že pro dosažení kompletního depilačního účinku s použitím přístroje beurer IPL Pure Skin Pro je zapotřebí celého jednoho období cyklu růstu ochlupení.



4. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a při používání tohoto přístroje je přesně dodržujte. Nedodržení následujících pokynů může vést k poranění nebo k věcným škodám. Návod k použití uschovej-

te pro další využití a poskytněte ho i ostatním uživatelům.

- Přístroj nesmí používat děti a nesmí se používat na dětskou kůži. Tento přístroj smí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí jen za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny v ohledu na bezpečné používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte přístroj během těhotenství ani v době kojení.
- Pokud zjistíte na pokožce extrémní zarudnutí, tvorbu puchýřků nebo popáleniny, okamžitě přerušte používání!
- V žádném případě se nedívejte přímo do světla vystupujícího z IPL lampy.
- Nikdy se nepokoušejte vysílat světelný impuls do vzduchu!
- Pomocí „Tabulky barev pleti a ochlupení“ na zadní straně tohoto návodu k použití zjistěte, které intenzity světla jsou nejvhodnější pro barvu vaší pokožky a vašeho tělesného ochlupení, resp. zda je tato metoda pro vás vůbec vhodná (pokud ne, bude tato skutečnost uvedena symbolem „x“ v tabulce).
- Nepoužívejte přístroj na přirozeně tmavé pokožce.
- Nepokoušejte se přístroj otevírat či opravovat. Při otevření přístroje se můžete dostat do kontaktu s nebezpečnými elektrickými součástmi nebo s impulzní světelnou energií, což může vést k vážným poraněním nebo k trvalému poškození zraku.
- Nepoužívejte přístroj s kontaktním gelem, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Přístroj můžete používat pouze s přiloženou jednotkou.
- Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí poranění očí (které může vést ke ztrátě zraku) nebo pokožky. Přečtěte si pokyny a dodržujte je.
- Nesprávné použití může způsobit poranění očí. Chraňte před kontaktem s očima. Přístroj nepoužívejte před víčky nebo v jejich blízkosti.
- Bezpečnostní zařízení přístroje nesmí být odpojována.
- Přístroj není určen k léčbě nemocí. Při léčbě mateřských znamének, kožních vyrážek, svědění, kožních plísní nebo kožních infekcí, jakož i při léčbě výčnělků nebo bradavic na kůži je třeba vyhledat lékařskou pomoc.
- Pokud užíváte léky vyvolávající fotosenzitivní reakci nebo bylinné přípravky, poraďte se před použitím přístroje s lékařem, protože by mohlo dojít k poškození pokožky.
- Vyvarujte se nadměrného používání, včetně příliš mnoha cyklů, opakovaných impulzů a/nebo příliš častého používání.
- Při použití přístroje na injekčně podávaná plniva a toxiny buďte opatrní. Během prvních 3 měsíců po operaci se nedoporučuje používat přístroj v ošetřované oblasti.

UPOZORNĚNÍ

Přístroj funguje nejlépe u tmavších typů ochlupení nebo u ochlupení, která obsahují více melaninu. Černé a tmavě hnědé ochlupení reaguje nejlépe, a přestože hnědé a světle hnědé ochlupení bude reagovat také, potřebuje obvykle více depilačních ošetření. Zrzavé ochlupení by mohlo vykazovat reakci. Bílé, šedé nebo blond ochlupení obvykle na přístroj nereaguje, přestože někteří uživatelé pozorovali výsledky po několika depilačních ošetřeních.

⚠ NEBEZPEČÍ

Zabraňte kontaktu přístroje s vodou! IPL Pure Skin Pro je elektrický přístroj. Nepokládejte jej do vody ani jej nenechte do vody či jiných kapalin spadnout.



Mohlo by dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte přístroj, jestliže se právě koupete.
- Nepoužívejte přístroj, jestliže je vlhký nebo mokrý.
- Nesahejte pro přístroj, když spadne do vody.
- Ihned vytáhněte síťový adaptér, když přístroj spadne do vody.
- Nikdy se nedotýkejte síťového adaptéru ani přístroje mokrýma rukama!

⚠ VAROVÁNÍ

V žádném případě nepoužívejte přístroj, jestliže trpíte jednou z následujících nemocí:

- Pokud máte nebo jste měli rakovinu kůže nebo pokud jste na ošetřovaných částech pokožky měli potenciální malignomy.
- Pokud trpíte epilepsií s citlivostí na záblesky světla.
- Pokud trpíte poruchou tvorby kolagenu, včetně tvorby keloidních jizev nebo špatného hojení ran.
- Pokud máte herpes nebo lupénku v místech ošetření, ledaže jste se předem poradili s lékařem a podstoupili jste preventivní léčbu.
- Pokud jste fotosenzitivní nebo trpíte jinou citlivostí na světlo jako například porfyrie, polymorfní světelná erupce, světelná urtikaria (kopřivka), lupus atd.
- Pokud trpíte metabolickou nemocí, jako například diabetes.
- Pokud trpíte poruchou srážení krve.

V žádném případě nepoužívejte přístroj, pokud užíváte některý z těchto léků:

- Pokud užíváte léky, které způsobují vyšší citlivost pokožky na světlo, včetně nesteroidních antirevmatik (například aspirin, ibuprofen, paracetamol), tetracykliny, fenothiaziny, thiazidová diuretika, sulfonyl močoviny, sulfonamidy, DTIC, fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hydroxykyseliny (AHA), beta-hydroxykyseliny (BHA), Retin-A®, Accutane® a/nebo topické retinoidy.
- Pokud jste nedávno byli nebo v současnosti jste léčeni kyselinou azelainovou.
- Pokud jste v posledních 3 měsících užívali steroidní přípravky.
- Pokud jste si v posledních 6–8 týdnech nechali udělat peeling pleti nebo absolvovali jinou metodu vyhlazení pokožky.
- Pokud jste se v posledních 3 měsících podrobili ozařování nebo chemoterapii.

V žádném případě nepoužívejte přístroj na těchto místech:

- Nad sliznicemi v oblasti nosu a uší.
- Nad aktivním implantátem, jako je například kardiostimulátor, zařízení pro případ inkontinence, inzulinová pumpa atd., nebo vedle něj.
- Na obličeji nad linií tváře, kolem očí, obočí nebo řas, protože to může vést k závažnému poškození zraku.



- Na prsních bradavkách, prsních dvorcích, vnitřních stydkých pyscích, vagině, řitním otvoru, nosu a uších.
- Muži přístroj nesmí používat v žádném případě na šourku a v obličeji.
- Nad piercingem nebo jinými kovovými předměty, jako jsou například náušnice nebo šperky.
- Nad tetováním nebo permanentním makeupem v ošetřované oblasti.
- Nad tmavě hnědými nebo černými skvrnami, jako jsou například velké pihy, mateřská znaménka, jaterní skvrny, puchýřky nebo bradavice.
- Nad ekzémy, lupénkou, lézemi, otevřenými ranami nebo akutními infekcemi. Před použitím přístroje počkejte, dokud se příslušné místo nezahojí.
- Na poškozené nebo popraskané pokožce nebo na místech, na kterých existuje riziko vzniku malignit.

- Na místě na těle, na kterém byste možná chtěli být v budoucnu ochlupeni.
- Na místech s poškozením kůže (např. popáleniny, léze, puchýře, jizvy, řezné rány, otevřené rány, akutní kožní onemocnění, svěží opálení, čerstvé spálení od slunce a/nebo kožní infekcí)

Tento seznam nevznáší nárok na úplnost. Pokud užíváte léky na lékařský předpis, chodíte kvůli nemoci pravidelně na kontroly a/nebo si nejste jisti, zda je pro vás přístroj vhodný, poraďte se nejdříve se svým lékařem nebo dermatologem, než začnete přístroj používat.

Možné vedlejší účinky:
Pokud používáte přístroj podle pokynů v tomto návodu k použití, jsou vedlejší účinky a komplikace související s jeho používáním vzácné.

- Je možné, že po ošetření pokožka lehce zarudne, bude svědit nebo budete cítit, že je horká. Tyto reakce jsou neškodné a rychle odezní.
- Na krátkou dobu může pokožka na ošetřovaném místě reagovat podobně jako po spálení sluncem. Pokud tato reakce neodezní během tří dnů, měli byste vyhledat lékaře.
- Může dojít k vysušení pokožky nebo svědivým pocitům z důvodu oholení nebo kombinace holení a ošetření intenzivním světlem. Tato reakce je neškodná a během několika dnů odezní. Postižené místo můžete ochladit trochou ledu nebo navlhčenou utěrkou.
- Pokud by pokožka byla stále suchá, můžete za 24 hodin po ošetření použít neparfémovaný zvlhčující krém.
- Ve výjimečných případech může dojít k velkému zarudnutí a otoku ošetřované pokožky. Zpravidla je to následek toho, že jste zvolili příliš vysokou intenzitu, stává se to spíše na citlivých místech těla. Zarudnutí a otoky by měly ustoupit během 2 až 7 dnů a je třeba je ošetřovat pomocí častého přikládání ledu. Pokožku můžete jemně omývat, avšak měli byste se vyvarovat vystavování pokožky slunci.
- K zabarvení pokožky dochází velmi zřídka, na postiženém místě pokožky se objevují tmavší nebo světlejší fleky. Příčinou může být použití příliš vysokého stupně intenzity pro váš typ pleti. Pokud zabarvení neodezní během dvou dnů, měli byste vyhledat lékaře. Zabarvená místa pokožky znovu ošetřujte teprve tehdy, až zabarvení zcela zmizí.
- Velmi zřídka může po ošetření dojít k popáleninám nebo k poranění pokožky. Hojení těchto popálenin nebo ran může trvat několik týdnů a velmi zřídka může zůstat viditelná jizva.
- Ve velmi ojedinělých případech může dojít ke kožní infekci nebo zánětu. To může být způsobeno použitím přístroje na řezných ranách po holení nebo na již existujících ranách, popř. v místě zarostlých chloupků.
- Silnější bolesti se mohou objevit během nebo po ošetření v těchto případech: pokud použijete přístroj na neoholené pokožce; pokud použijete stupeň intenzity, který je příliš silný pro vaši pokožku; pokud ošetřujete intenzivním světlem totéž místo několikrát; pokud použijete přístroj na otevřených ranách, zanícených místech, na tetování, spáleninách atd.
- Velmi zřídka může dojít k trvalému zjizvení. Obvykle má toto zjizvení formu ploché, bílé léze na pokožce. Pro zlepšení vzhledu jizvy je rovněž možné, že bude zapotřebí provést následné estetické úpravy.
- Použití přístroje může velmi zřídka vést k modrofialovým modřinám, které mohou přetrvávat po dobu 5 až 10 dnů. Po vyblednutí modřin se může objevit rezavě hnědé zbarvení pokožky (hyperpigmentace), které může být trvalé.

Varovné upozornění na následky opalování před ošetřením a po ošetření!

Opalování před ošetřením



1. Po opalování počkejte minimálně 2 týdny, než přístroj použijete.
2. Před ošetřením zkontrolujte, zda nemáte spálenou pokožku. Pokud nejsou spáleniny zhojené, počkejte s použitím přístroje do té doby, než bude spálená pokožka zcela zahojená.
3. Na opálené kůži proveďte test snášenlivosti, abyste zjistili vhodnou intenzitu energie.

Opalování po ošetření

4. Po ošetření počkejte s opalováním minimálně 48 hodin. Zarudlou pokožku nevystavujte slunečním paprskům!
5. První dva týdny po ošetření zakrývejte pokožku na slunci oděvem nebo použijte opalovací krém s vysokým ochranným faktorem (minimálně LSF 30).

Opalování umělým světlem

Pokyny z odstavce „Opalování před ošetřením“ a „Opalování po ošetření“ platí i pro opalování umělým světlem a mléky na opalování.

S použitím přístroje před návštěvou sauny/ bazénu nebo po této návštěvě počkejte 24 hodin, chlór by totiž mohl způsobit podráždění pokožky.

⚠ POZOR

Jak zabránit škodám

- Nepokoušejte se přístroj otevírat či opravovat. Pokus o otevření přístroje může způsobit jeho poškození a povede k zániku záruky.
- Přístroj by neměl být nikdy ponechán bez dozoru, pokud je zapojen do zásuvky.
- Neuvádějte přístroj do provozu, pokud jsou kabel nebo zásuvka poškozené, a udržujte síťový kabel v dostatečné vzdálenosti od zahřátých povrchů.
- Ihned po použití vždy vytáhněte kabel přístroje ze zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj s nástavci nebo příslušenstvím, které nebyly doporučeny společností beurer GmbH.
- Nevystavujte přístroj během použití teplotám do 10 °C nebo nad 35 °C.
- Nepoužívejte přístroj, pokud během použití vidíte nebo cítíte kouř.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je otvor ventilátoru prasklý, uvolňuje se nebo zcela chybí.
- Nepoužívejte přístroj, pokud došlo k poškození snímače typu pleti nebo světelné plochy.
- Světelný impulz nesměřujte na žádný jiný povrch než na pokožku. Mohlo by dojít k závažnému poškození otvoru výstupu světla nebo snímače typu pleti. Mohlo by také dojít k poškození ozařovaného povrchu. Aktivujte světelný impulz teprve tehdy, jestliže má přístroj kontakt s pokožkou.
- Po použití uchovávejte přístroj v originálním obalu.
- Nevystavujte přístroj několikahodinovému přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření, abyste zabránili jeho poškození.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 2.

1 Světelná plocha

2 Snímač typu pleti / snímač kontaktu s pokožkou

3 Ukazatel intenzity (3 úrovně)

4 VYPÍNAČ / TLAČÍTKO pro nastavení úrovně energie

5 Kontrolka

6 Spouštěcí tlačítko

7 Síťový adaptér

Bezpečnostní parametry
V přístroji je zabudován **snímač typu pleti**. Tento snímač typu pleti nedovolí ošetřit pokožku v případě, pokud je příliš tmavá nebo příliš opálená.
Kromě toho má přístroj zabudovaný **UV filtr**, který blokuje škodlivé UV paprsky.
Na ochranu očí má přístroj zabudovaný **snímač kontaktu s pokožkou**. Byl navržen tak, aby nebylo možné vysílat světelný impulz v době, kdy je přístroj držen ve vzduchu. Světelný impulz je vyslán pouze tehdy, když má snímač kontaktu s pokožkou úplný kontaktu s kůží.

6. UVEDENÍ DO PROVOZU

Než budete moci přístroj použít, musíte provést tyto kroky:

1. Zkontrolujte na základě tabulky barev pleti a ochlupení na zadní straně návodu k použití, jaký stupeň intenzity je pro vás vhodný. Písmeno „x“ v tabulce znamená, že pro vás přístroj není vhodný.
2. Před použitím přístroje oholte části těla, které chcete ošetřovat. Místo holicího strojku nepoužívejte žádné depilační krémy.
3. Zajistěte, aby ošetřovaná místa byla oholená, suchá a čistá (bez jakýchkoliv zbytků pudru, krému, make-upu nebo deodorantu).

⚠ VAROVÁNÍ

Krátce před použitím přístroje nečistěte pokožku zápalnými kapalinami, jako je alkohol nebo aceton.

4. Světelnou plochu **1** a snímač kontaktu s pokožkou čistěte pouze suchou utěrkou nepouštějící vlákna.
5. V každém místě pokožky, které chcete ošetřovat, proveďte **48 hodin** před kompletním ošetřením test snášenlivosti pokožky.

Provedení testu snášenlivosti pokožky

1. Zasuňte zástrčku do přístroje a síťový adaptér zapojte do zásuvky. Kontrolka začne zeleně blikat (režim standby).
2. Stiskněte Vypínač / tlačítko pro nastavení úrovně energie. Na ukazateli intenzity se rozsvítí zelená kontrolka (stupeň1) a bude svítit nepřetržitě.

UPOZORNĚNÍ

Při ošetření obličeje by měl být proveden test snášenlivosti pokožky na ploše bez ochlupení, jako například pod uchem nebo na boku na krku.

3. Přiložte světelnou plochu k pokožce a stiskněte spouštěcí tlačítko, tím se uvolní světelný impuls stupně 1. Dbejte na to, aby světelná plocha a snímač kontaktu s pokožkou zcela přiléhaly ke kůži. Pouze tehdy, jestliže snímač kontaktu s pokožkou zcela přiléhá ke kůži, se může spustit světelný impulz. Uvidíte jasný záblesk světla, uslyšíte praskavý zvuk a případně ucítíte mírné pálení a/nebo působení tepla. Ventilátor přístroje se zapne po prvním záblesku. Přístroj bude během 1–3 sekund (podle stupně intenzity) připraven pro další impulz a kontrolka na přístroji bude svítit nepřetržitě zeleně.
4. Přiložte snímač kontaktu s pokožkou k jinému ošetřovanému místu. Opětovnými stisknutím Vypínač / tlačítko pro nastavení úrovně energie zvyšte stupeň intenzity a pomocí spouštěcího tlačítka spusťte světelný impulz. Nezvyšujte intenzitu nad maximálně povolenou/doporučenou intenzitu (viz tabulka barev pleti a ochlupení na zadní straně návodu k použití).

UPOZORNĚNÍ

Stupeň energie zvyšte pouze tehdy, pokud vám předchozí stupeň energie není nepříjemný. Pokud je vám již stupeň energie 1 nepříjemný, stupeň energie nezvyšujte.

5. Pokud máte po záblesku nepříjemný pocit, snižte intenzitu.
6. Ukončete test snášenlivosti pokožky. Počkejte **48 hodin** a zkontrolujte ošetřené místo na pokožce. Pokud ošetřené mís-

to na pokožce vypadá normálně (žádná reakce nebo lehké zarudnutí), můžete testované místo na pokožce ošetřit intenzitou nastavenou při testu snášenlivosti pokožky.

UPOZORNĚNÍ

Pokud se na ošetřeném místě na pokožce objeví nějaká reakce (např. silné zarudnutí nebo otoky), počkejte, než symptomy zcela odezní. Proveďte opět test snášenlivosti pokožky s nižší intenzitou. Pokud by ošetřené místo na pokožce opět vykázalo nějakou reakci, poraďte se s lékařem.

7. POUŽITÍ

1. Zasuňte zástrčku do přístroje a síťový adaptér zapojte do zásuvky. Kontrolka začne zeleně blikat (režim standby).
2. Stiskněte Vypínač / tlačítko **4** pro nastavení úrovně energie. Na ukazateli intenzity se rozsvítí zelená kontrolka (stupeň1) a bude svítit nepřetržitě.
3. Pokud byste chtěli použít přístroj s vyšší intenzitou, můžete ji zvýšit opětovným stisknutím Vypínač / tlačítko pro nastavení úrovně energie a nastavením požadované intenzity.
4. Přiložte světelnou plochu k pokožce a stiskněte spouštěcí tlačítko, tím se uvolní světelný impuls. Dbejte na to, aby světelná plocha a snímač kontaktu s pokožkou zcela přiléhaly ke kůži. Pouze tehdy, jestliže snímač kontaktu s pokožkou zcela přiléhá ke kůži, se může spustit světelný impulz **A** . Uvidíte jasný záblesk světla, uslyšíte praskavý zvuk a případně ucítíte mírné pálení a/nebo působení tepla. Ventilátor přístroje se zapne po prvním záblesku. Přístroj bude během 1–3 sekund (podle stupně intenzity) připraven pro další impulz a kontrolka na přístroji bude svítit nepřetržitě zeleně.

7.1 Metody použití

⚠ VAROVÁNÍ

Stejné části těla neošetřujte dvakrát během jednoho použití přístroje. Při ošetřování téhož místa více než jednou se zvyšuje riziko vedlejších účinků.

UPOZORNĚNÍ

Impulzy přístroje by měly být aplikovány v řadách – počínaje na jednom konci každé řady a s postupným pokračováním směrem ke druhému konci. Tato technika umožňuje lepší kontrolu již ošetřených ploch pokožky a pomáhá vám vyhnout se několikanásobnému ošetření stejné plochy nebo ošetření překrývajících se ploch pokožky. Světelná plocha přístroje je koncipována tak, že jsou na ošetřované ploše pokožky krátkodobě zanechávána otlačená místa. Tato viditelná otlačená místa můžete využít pro přesné umístění dalšího impulzu.

Metoda použití 1, režim „Auto-Flash“:

Podržte stisknuté spouštěcí tlačítko. Přístroj postupně vysílá světelné impulzy, dokud je snímač kontaktu s pokožkou zcela v kontaktu s kůží. Po třetím světelném impulzu, který vyšlete stisknutým spouštěcím tlačítkem, přejde přístroj automaticky do režimu „Auto-Flash“. Přístroj nyní automaticky vysílá světelné impulzy v pravidelných intervalech. Manuální stisknutí spouštěcího tlačítka není v tomto režimu nutné. Režim „Auto-Flash“ je vhodný zejména k ošetřování velkých ploch, například nohou.

Metoda použití 2 „Spuštění jednotlivých záblesků“:

Po každém světelném impulzu uvolněte spouštěcí tlačítko. Umístěte přístroj pro další světelný impulz těsně vedle právě ošetřeného místa. Ujistěte se, že světelná plocha a snímač kontaktu s pokožkou zcela přiléhají ke kůži. Tento režim zaručuje přesné ošetření, např. kolen nebo kotníků.

UPOZORNĚNÍ

Pokud přístroj nevysílá žádné světelné impulzy a kontrolka svítí **oranžově**, nemá snímač pokožky dostatečný kontakt s kůží.
Pokud přístroj nevysílá žádné světelné impulzy a kontrolka svítí **červeně**, je ošetřované místo příliš tmavé.

UPOZORNĚNÍ

Pokud byste měli pocit, že je přístroj nepříjemně horký, nechejte ho na několik minut vychladnout. Po krátké přestávce na zchlazení můžete v ošetření pokračovat jako obvykle.

7.2 Speciální pokyny k ošetřování obličeje

⚠VAROVÁNÍ

Přístroj nepoužívejte na obličeji u mužů.
Nepoužívejte přístroj na obličeji s vyšším stupněm energie než 2. Nepoužívejte přístroj v obličeji nad lícními kostmi nebo na očích, obočí a řasách, protože to může vést k závažnému poškození zraku. Nepoužívejte přístroj nad sliznicemi v oblasti nosu a uší.
Pleť obličeje je velmi citlivá a vyžaduje mimořádnou péči. Bezpodmínečně dodržujte všechny varovné a bezpečnostní pokyny v tomto návodu k použití, abyste zabránili negativním následkům. Doporučujeme napřed provést ošetření těla a s přístrojem se seznámit dříve, než přejdete k ošetření obličeje. Pomocí přístroje můžete ošetřovat všechny zóny obličeje pod lícními kostmi jako například horní ret, tvář, čelist, bradu a krk.

1. 48 hodin před ošetřením bezpodmínečně proveďte bodový test snášenlivosti pokožky. Test snášenlivosti pokožky by měl být proveden na ploše bez ochlupení, jako například pod uchem nebo na boku na krku, abyste zjistili vhodný stupeň energie.

⚠VAROVÁNÍ

Testovanou plochu ošetřujte nejdříve 1 týden po provedeném testu snášenlivosti pokožky.

2. Označte ošetřenou plochu bílou tužkou na oči. Použijte označení jako orientační čáru pro přenesení impulzů. Můžete tak předejít tomu, aby se ošetřované plochy překrývaly nebo aby byly ošetřeny nežádoucí plochy obličeje.
3. Použijte zrcátko k tomu, abyste správně přiložili přístroj na ošetřovanou plochu.
4. Sledujte pokyny k použití a dodržujte zvláště následující specifické pokyny.

Ošetření horního rtu
Umístěte světelnou plochu přístroje tak, jak je znázorněno na obrázku. V každé vyznačené oblasti spusťte jeden impulz. **B**
Vyhněte se ošetření nosních dírek a rtů, protože tato místa jsou citlivější.

UPOZORNĚNÍ

Rty můžete „schovat“ dovnitř nebo je stisknout, aby se ošetřovaná plocha vypnula nebo můžete na rty a okraj rtů nanést silnou vrstvu bílé tužky na oči. Díky této bílé lince bude zajištěno, že se energie záblesku světla odrazí a vaše rty nebudou zasaženy, pokud omylem namíříte impulz na rty.

Ošetření oblasti tváří a čelisti
Umístěte světelnou plochu přístroje tak, jak je znázorněno na obrázku. Spusťte v každém bodě jeden impulz a pohybujte se přitom z jedné strany tváře, resp. čelisti na druhou. **C**

Ošetření oblasti krku a brady
Umístěte světelnou plochu přístroje tak, jak je znázorněno na obrázku. Spusťte v každém bodě jeden impulz a pohybujte se přitom z jedné strany krku, resp. brady na druhou. **D**

Péče po ošetření obličeje

- Naneste na obličej uklidňující tělové mléko, například s aloe vera.
- Nejméně 24 hodin se vyhněte použití peelingového nebo bělicího krému či podobných produktů, protože by to vedlo k podráždění ošetřené pokožky.
- Nejméně 48 hodin po ošetření se vyhněte přímému slunečnímu záření v délce trvání více než 15 minut. Pokud je nedávno ošetřovaná pokožka během tohoto období vystavena slunečnímu záření, musíte bezpodmínečně nanést ochranný prostředek s faktorem SPF 30 nebo vyšším.
- Vyhněte se tomu, abyste ochlupení na ošetřovaných plochách odstraňovali voskem nebo vyškubáváním.

Nezapomeňte na to, že může trvat celý cyklus růstu ochlupení, než se objeví kompletní výsledky depilace.

7.3 Intervaly ošetření

Při ošetřování těla:

- První 3–4 depilační ošetření přístrojem by měla být s odstupem přibližně dvou týdnů.
- Depilační ošetření 5 až 7 přístrojem by měla být s odstupem přibližně čtyř týdnů. Poté budete obvykle používat přístroj občas, a pokud to bude zapotřebí, dokud nebude dosaženo výsledků s dlouhodobým účinkem.

Při ošetřování obličeje:

- Prvních 6 depilačních ošetření přístrojem by mělo být s odstupem přibližně dvou týdnů.
- Depilační ošetření 7 až 12 přístrojem by měla být s odstupem přibližně čtyř týdnů. Poté budete obvykle používat přístroj občas, a pokud to bude zapotřebí, dokud nebude dosaženo výsledků s dlouhodobým účinkem.

Odpovídá to doporučenému plánu ošetřování, pomocí kterého lze prokazatelně dosáhnout nejlepších výsledků. Osobní plán ošetřování si však můžete také vytvořit jinak, a přesto dosáhnete uspokojivých výsledků.

7.4 Po ozařování

1. Pokud jste ukončili depilačním ošetření, stiskněte na 3 sekundy Vypínač / tlačítko pro nastavení úrovně energie. Pohotovostní režim (standby) se pozná blikáním malé zelené kontrolky.
2. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
3. Po každém depilačním ošetření doporučujeme přístroj a zejména světelnou plochu očistit.
4. Po očištění doporučujeme přístroj uložit do originálního obalu a uchovávat jej mimo dosah vody.
5. Po ošetření nepoužívejte žádný antiperspirant/deodorant, neboť by mohlo dojít k podráždění pokožky.

8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Po každém depilačním ošetření doporučujeme očistit přístroj a zejména světelnou plochu.

K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo jiné agresivní čisticí nebo abrazivní prostředky, neboť by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

Nikdy nenamáčejte přístroj ani žádnou z jeho částí do vody!

1. Než začnete s čištěním, vytáhněte síťový adaptér přístroje ze zásuvky.
2. Kryt přístroje čistěte suchou, čistou utěrkou.
3. Světelnou plochu 1 a snímač kontaktu s pokožkou čistěte opatrně lehce navlhčenou utěrkou nepouštějící vlákna.

9. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ?

„Přístroj nelze zapnout.“

- Ujistěte se, že je konektor připojovacího kabelu pevně propojený s přístrojem.
- Ujistěte se, že je síťový adaptér zapojen do elektrické zásuvky ve zdi.

„Při stisknutí spouštěcího tlačítka nedojde ke spuštění světelného impulzu“

- Ujistěte se, že máte dobrý kontakt s pokožkou a že je světelná plocha se snímačem kontaktu s pokožkou stejnoměrně a pevně přitisknuta na kůži. Pro vaši bezpečnost aktivuje spouštěcí tlačítko impulz pouze tehdy, když je snímače kontaktu s pokožkou pevně přitisknut na kůži.
- Když se kontrolka na přístroji rozsvítí červeně, jedná se o upozornění, že je vaše barva pokožky, která byla změřena snímačem typu pleti, příliš tmavá pro bezpečné použití přístroje. Vyzkoušejte přístroj na jiném místě na těle nebo se obraťte na zákaznický servis.
- Když se kontrolka na přístroji rozsvítí oranžově, jedná se upozornění, že je kontakt s pokožkou, který byl změřen snímačem kontaktu s pokožkou, příliš malý. Zvyšte kontakt s pokožkou nebo se obraťte na zákaznický servis.
- Jestliže kontrolka svítí trvale červeně, je dosažen maximální počet impulzů.

10. LIKVIDACE



V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	IPL 5500
Ošetřovaná plocha	3,1 cm^2
Technologie	IPL (Intense Pulsed Light) pro domácí použití
Vlnová délka	475 – 1 200 nm
Max. energetická úroveň	max. 5 J/cm^2
Volitelné energetické úrovně	3
Rychlost	1 impulz v intervalu: 1 sekundy na stupeň 1 2 sekundy na stupeň 2 3 sekundy na stupeň 3
Max. impulzy v lampě	600 000
Rozměry:	16 x 6,5 x 5,5 cm
Hmotnost:	cca 180 g
Teplota	Provoz 10–40 °C Skladování-10–70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	Provoz 30–70% relativní vlhkost vzduchu Skladování 0–90 % při teplotě 55 °C (nekondenzující)

Síťový adaptér

Číslo modelu	DYS825-120180W-2
Vstup	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Výstup	12,0 V ⎓ 1,8 A, 21,6 W
Třída ochrany	Tento přístroj má dvojnásobnou izolaci (třída II) ⧈
Polarita	⊖—⊂—⊕
Průměrná efektivita při provozu	≥86,55 %
Příkon při nulovém zatížení	≤0,08 W

Technické změny vyhrazeny

12. ZÁRUKA/SERVIS

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

Chyby a změny vyhrazeny

SLOVENČINA



Starostlivo si prečítajte tento návod na použitie, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

⚠ VÝSTRAHA

- Prístroj a adaptér sú určené iba na domáce/súkromné použitie, nie pre komerčné použitie.
- Prístroj je vhodný iba pre osoby od 18 rokov.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Pred každým použitím skontrolujte, či prístroj a sieťový kábel nie sú poškodené. V prípade poškodení sa prístroj nesmie uvádzať do prevádzky.
- Prístroj a adaptér sa nesmú namočiť.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti vlhkých oblastí, napr. vane, umývadlá, sprchy alebo iné nádoby s vodou alebo inými kvapalinami – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Nikdy sa nepozerajte do svetla.
- Do prístroja nevkladajte žiadne predmety.
- Dbajte na to, aby vetracie štrbiny neboli zakryté.
- Ak je prístroj poškodený, nedotýkajte sa žiadnych vnútorných komponentov, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom.

- V prípade, že sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto prístroja, musí sa tento zlikvidovať. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.
- Zapnutý prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s prístrojom nehrali.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat ani opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

Obsah

1. Obsah balenia 19
2. Vysvetlenie symbolov 19
3. Účel použitia 20
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia 21
5. Popis prístroja 25
6. Uvedenie do prevádzky 25
7. Používanie 26
   7.1 Metódy použitia 26
   7.2 Špeciálne upozornenia pre ošetrovanie na tvári 27
   7.3 Frekvencia aplikácie 28
   7.4 Po ošetrení 28
8. Čistenie a údržba 28
9. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy? 29
10. Likvidácia 29
11. Technické údaje 29
12. Záruka/servis 30

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

1 x odstraňovač chĺpkov Pure Skin Pro
1 x tento návod na použitie
1 x sieťový adaptér

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

V návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom bude smrť alebo najťažšie zranenia.

⚠ VAROVANIE

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

⚠ POZOR

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.

UPOZORNENIE

Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa poškodiť zariadenie alebo niečo v jeho okolí.

	**Nebezpečenstvo** Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode (napr. umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
	**Dodržujte návod** Pred začiatkom práce a/alebo obsluhou prístrojov alebo strojov si prečítajte návod
	Trieda ochrany II
	Len na použitie v interiéri
	Chráňte pred dažďom a uchovávajte v suchu
	Výstraha; optické žiarenie
	Uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od očí!
	Nepoužívejte na opálenou pokožku nebo po vystavení pokožky slunečnímu záření
	Batérie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom.
	**Značka CE** Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU.
	Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 - 7 = plast, 20 - 22 = papier a lepenka

RECYCLE	Oddeľte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Teplotný limit
	Obmedzenie vlhkosti
	Polarita jednosmerného napájacieho konektora
VI	Energetická účinnosť úroveň 6
	Jednosmerný prúd
	Výrobca
	Prečítajte si pokyn

3. ÚČEL POUŽITIA

Prístroj IPL Pure Skin Pro je určený na odstraňovanie neželaného telesného ochlpenia u žien a mužov.
Prístroj je určený výlučne na použitie na **nohách, podpazuší, v oblasti bikín, na hrudi, bruchu, chrbte a tvári pod lícnymi kosťami (použitie na tvári vhodné iba pre ženy)**.
Prístroj sa smie používať iba na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom uvedeným v tomto návode na použitie. Akékoľvek neprimerané použitie môže byť nebezpečné. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neprimeraného alebo nesprávneho použitia.

Princíp fungovania technológie IPL
IPL Pure Skin Pro je prístroj na dlhodobé odstraňovanie ochlpenia na báze svetla na osobné použitie. Proces odstraňovania chĺpkov založený na princípe svetla je dobre známy a osvedčený. V rámci klinického použitia sa proces po celom svete počas viac než 15 rokov osvedčil ako bezpečný a účinný na dosiahnutie dlhodobej redukcie chĺpkov.

Ako svetlo odstraňuje chĺpky?
Odstraňovanie chĺpkov založené na princípe svetla sa zakladá na teórii selektívnej fototermolýzy, pri ktorej sa používa optická energia na zastavenie rastu chĺpkov. Pre dosiahnutie takéhoto tepelného účinku musí korienok chĺpka selektívne absorbovať svetelnú energiu a premeniť ju na teplo.
Táto selektivita sa dosiahne, keď optickú energiu odovzdávanú tkanivu absorbuje predovšetkým pigment melanín, ktorý sa nachádza v chĺpku. Vysokoenergetické svetlo sa premení na teplo (horúčavu), ktoré nakoniec zastaví rast chĺpka.

Aký vplyv má cyklus rastu chĺpkov na odstraňovanie chĺpkov založené na princípe svetla?


Anagén – fáza rastu

Každý chĺpok na našom tele prejde troma fázami cyklu rastu: anagén, katagén a telogén. Iba chĺpky, ktoré sa nachádzajú v anagénnej fáze, teda fáze rastu, reagujú na ošetrenie IPL.


Katagén – prechodná fáza

Doba kompletného cyklu rastu chĺpkov je u každého človeka iná a závisí od miesta na tele s ochlpením, spravidla však predstavuje 18 – 24 mesiacov.


Telogén – fáza pokoja

Je potrebné mať na pamäti, že je potrebný minimálne jeden kompletný cyklus rastu chĺpkov, aby sa s prístrojom IPL Pure Skin Pro dosiahlo trvalé odstránenie chĺpkov.



4. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

⚠ VÝSTRAHA

Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte bezpečnostné upozornenia a pri používaní prístroja sa nimi presne riaďte. Nedodržanie nasledovných upozornení môže mať za následok poranenia alebo vecné škody. Návod na obsluhu uschovajte pre neskoršie použitie a sprístupnite ho aj iným používateľom.

- Tento prístroj nesmú používať deti a nesmie sa používať na pokožke detí. Tento prístroj môžu používať osoby s obmedzenými telesnými, zmysloými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí v tom prípade, ak bude na ne dohliadať iná osoba, alebo ak od nej dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a porozumeli nebezpečenstvám vyplývajúcich z používania tohto prístroja. Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a starostlivosť o prístroj nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Prístroj nepoužívajte počas tehotenstva alebo dojčenia.
- Ak spozorujete extrémne sčervenanie, tvorbu pľuzgierikov alebo popálenín na koži, okamžite zastavte používanie!
- V žiadnom prípade nikdy nepozerajte priamo do svetla vystupujúceho zo žiarovky IPL.
- Nikdy sa nepokúšajte o vyslanie svetelného impulzu do vzduchu!
- Na základe „Tabuľky farieb chĺpkov a kože“ na zadnej strane tohto návodu na obsluhu určite, ktoré intenzity svetla sú najvhodnejšie pre vašu farbu kože a telesného ochlpenia, resp. či je táto metóda pre vás vôbec vhodná (ak nie je, táto skutočnosť je v tabuľke vyznačená ‚x‘).
- Prístroj nepoužívajte na prirodzene tmavej pokožke.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť alebo opraviť. Pri otvorenom prístroji môžete prísť do kontaktu s nebezpečnými elektrickými komponentmi alebo pulzujúcou svetelnou energiou, čo môže mať za následok vážne poranenia a/alebo trvalé poškodenie zraku.
- Prístroj nepoužívajte s kontaktným gélom, môže sa tým poškodiť.
- Prístroj sa smie používať iba s dodanou jednotkou.
- Pri nedodržaní pokynov hrozí nebezpečenstvo poranenia očí (ktoré môže viesť k strate zraku) alebo pokožky. Prečítajte si a dodržiavajte pokyny.
- Nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie očí. Zabráňte kontaktu s očami. Prístroj nepoužívajte pred viečkami alebo v blízkosti očí.
- Bezpečnostné zariadenia prístroja sa nesmú obchádzať.
- Prístroj nie je určený na liečbu chorôb. Pri liečbe materských znamienok, vyrážok, svrbenia kože, plesňových infekcií kože alebo kožných infekcií, ako aj hrčiek alebo bradavíc na koži sa poraďte s lekárom.
- Ak užívate fotosenzibilizačné lieky alebo bylinné prípravky, pred použitím prístroja sa poraďte s lekárom, pretože použitie môže poškodiť pokožku.
- Vyhýbajte sa nadmernému používaniu vrátane príliš veľa cyklov, opakovaných impulzov a/alebo príliš častému používaniu.
- Pri používaní prístroja na injekčne aplikované výplne a toxíny buďte opatrný. Počas prvých 3 mesiacov po operácii sa neodporúča používať prístroj v ošetrovanej oblasti.

UPOZORNENIE

Prístroj najlepšie funguje pri tmavších typoch kože alebo pri chĺpkoch, ktoré obsahujú viac melanínu. Čierne a tmavohnedé chĺpky reagujú na ošetrenie najlepšie, pričom hnedé a svetlohnedé chĺpky budú reagovať tiež, no zvyčajne si vyžadujú viac ošetrení na odstraňovanie chĺpkov. Ryšavé by moh-

li reagovať. Biele, sivé alebo svetlé chĺpky zvyčajne na prístroj nereagujú, aj keď niektorí používatelia po viacerých ošetreniach na odstraňovanie chĺpkov vnímali pozitívne výsledky.

⚠ NEBEZPEČENSTVO



Prístroj a adaptér uchovávajte mimo dosah vody! Prístroj IPL Pure Skin Pro je elektrický prístroj. Prístroj neklaďte do vody a nenechajte ho spadnúť do vody alebo iných kvapalín.

To by mohlo mať za následok ťažký zásah elektrickým prúdom!

- Prístroj nepoužívajte, ak sa práve kúpete.
- Prístroj nepoužívajte, ak zvlhol alebo sa namočil.
- Nesiahajte na prístroj, ak spadol do vody.
- Okamžite vytiahnite sieťový adaptér, ak spadol do vody.
- Sieťového adaptéra a prístroja sa nedotýkajte mokrými rukami!

⚠ VÝSTRAHA

Prístroj v žiadnom prípade nepoužívajte, ak trpíte na jedno z nasledovných ochorení:

- Ak trpíte alebo ste v minulosti trpeli na rakovinu kože alebo ak ste na miestach na tele, ktoré sa majú ošetrovať, mali potenciálne melanómy.
- Ak trpíte na epilepsiu s citlivosťou na záblesky.
- Ak trpíte na kolagénové poruchy, vrátane tvorby keloidov alebo zlé hojenie rán.
- Ak trpíte na herpes alebo psoriázu v ošetrovanej oblasti, výlučne ak ste sa poradili s lekárom a dostali ste preventívnu liečbu.
- Ak ste citlivý na svetlo alebo trpíte na inú svetlocitlivosť, ako napr. porfýria, polymorfná svetelná dermatóza, urticaria solaris, lupus atď.
- Ak trpíte na ochorenie látkovej výmeny, ako napr. diabetes.
- Ak trpíte na poruchu zrážanlivosti krvi.
- **Prístroj v žiadnom prípade nepoužívajte, ak užívate jeden z nasledovných liekov:**
- Ak užívate lieky, ktoré robia kožu citlivejšou na svetlo, vrátane nesteroidných antireumatík (napríklad aspirín, ibuprofen, paracetamol), tetracyklín, fenotiazín, tiazidové diuretiká, sulfonyl močoviny, sulfónamidy, DTIC, Fluorouracil, Vinblastin, Griseofulvin, alfa-hydroxylové kyseliny (AHA), beta-hydroxylové kyseliny (BHA), Retin-A®, Accutane® a/alebo topické retinoidy.
- Ak ste pred krátkym časom boli alebo sa v súčasnosti liečite kyselinou azelaovou.
- Ak ste v rámci predchádzajúcich 3 mesiacov absolvovali steroidovú liečbu.
- Ak ste si v posledných 6–8 týždňoch nechali spraviť kožný peeling alebo inú metódu vyhladzovania pokožky.
- Ak ste sa v posledných 3 mesiacoch podrobili liečbe ožarovaním alebo chemoterapii.

Prístroj v žiadnom prípade nepoužívajte na nasledovných miestach:

- Nad sliznicami v nosovo-ušnej oblasti.
- Nad alebo vedľa aktívneho implantátu, ako je napríklad kardiostimulátor, prístroj proti inkontinencii, inzulínová pumpa atď.
- Na tvári nad líniou líc, okolo očí, obočie alebo rias, pretože to môže mať za následok vážne poškodenie očí.



- Na bradavkách, areolách, vnútorných pyskoch prirodzenia, vagíne, análnom otvore, nose a ušiach.
- U mužov sa prístroj v žiadnom prípade nesmie používať na miešku a na tvári.
- Nad piercingom alebo inými kovovými predmetmi, ako sú napr. náušnice alebo šperky.
- Nad tetovaním, alebo permanentným make-upom v ošetrovanej oblasti.
- Nad tmavohnedými alebo čiernymi škvrnami, ako sú napr. veľké pehy, materské znamienka, pečeňové škvrny, pľuzgiere alebo bradavice.

- Nad ekzémom, psoriázou, léziami, otvorenými ranami alebo aktuálnymi infekciami. Pred použitím prístroja počkajte, kým sa príslušné miesto zahojí.
- Na poškodenej alebo popraskanej koži alebo miestach, na ktorých hrozí nebezpečenstvo malígnosti.
- Na mieste na tele, na ktorom by ste možno neskôr chceli mať ochlpenie.
- Na miestach s poškodenou pokožkou (napr. popáleniny, lézie, pľuzgiere, jazvy, rezné rany, otvorené rany, akútne ochorenie kože, čerstvé opálenie, čerstvé spálenie od slnka a/alebo kožná infekcia)

Tento zoznam nemusí byť úplný.
Ak užívate liečivá, ktoré si vyžadujú lekársky predpis, ste z dôvodu ochorenia pravidelne kontrolovaný a/alebo si nie ste istý, či môžete prístroj používať bezpečne, poraďte sa pred použitím prístroja so svojim lekárom alebo dermatológom.

Možné vedľajšie účinky:
Ak sa prístroj používa podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu, potom sú vedľajšie účinky a komplikácie súvisiace s použitím prístroja zriedkavé.

- Koža môže byť po ošetrení červená, môže svrbieť alebo byť teplá. Tieto reakcie sú neškodné a rýchlo odznejú.
- Na krátky čas sa môže na ošetrovanej časti tela vyskytnúť kožná reakcia podobná úpalu. Ak táto reakcia neodzneje do troch dní, mali by ste vyhľadať lekára.
- Suchá pokožka a svrbenie sa môžu vyskytnúť následkom holenia alebo kombinácie holenia a svetelnej terapie. Táto reakcia je neškodná a po niekoľkých dňoch odzneje. Kožnú partiu môžete ochladiť ľadom alebo vlhkou utierkou.
- Ak by koža bola aj naďalej príliš suchá, môžete po 24 hodinách od ošetrenia naniesť neparfumovaný hydratačný krém.
- V ojedinelých prípadoch môže ošetrovaná koža veľmi sčervenať a opuchnúť. V takom prípade ide spravidla o následok zvoleného príliš vysokého stupňa intenzity a vyskytuje sa prevažne na citlivejších častiach tela. Začervenanie a opuchy by mali odznieť do 2 až 7 dní a mali by sa ošetrovať častým prikladaním ľadu. Jemné čistenie je v poriadku, no mali by ste sa vyhýbať vystavovaniu slnečnému žiareniu.
- Sfarbenia kože sa vyskytujú veľmi zriedkavo a prejavujú sa ako tmavé alebo svetlejšie škvrny na postihnutej kožnej partii. Príčinou môže byť použitie príliš vysokého stupňa intenzity pre váš odtieň kože. Ak sa toto sfarbenie nestratí do dvoch týždňov, mali by ste vyhľadať lekára. Sfarbené oblasti opäť ošetrujte až po úplnom zmiznutí sfarbenia.
- Veľmi zriedka sa po použití prístroja môžu na koži vyskytnúť popáleniny alebo rany. Popálenina alebo rana si môžu vyžadovať niekoľko týždňov na zahojenie a nanajvýš zriedkavo môže zostať viditeľná jazva.
- Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť kožné infekcie a zápaly. Tieto môžu byť spôsobené použitím prístroja na ranách alebo rezoch, ktoré vznikli následkom holenia alebo na už existujúcich ranách, resp. zarastených chĺpkoch.
- Silnejšie bolesti sa môžu počas ošetrenia alebo po ošetrení vyskytnúť v nasledovných prípadoch: ak prístroj používate na neoholenej koži; ak použijete stupeň intenzity, ktorý je príliš silný pre váš odtieň kože; ak rovnakú kožnú partiu ošetrujete svetelnými impulzmi viackrát; ak prístroj používate na otvorených ranách, zápaloch, tetovaniach, popáleninách atď.
- Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť tvorba trvalých jaziev. Prípadná tvorba jaziev sa zvyčajne vyskytuje v podobe plochej, bielej lézie na koži. Môžu byť potrebné následné estetické ošetrenia, aby sa zlepšil vzhľad jazvy.
- Použitie prístroja môže mať vo veľmi zriedkavých prípadoch za následok tvorbu hematómov s modrofialovým sfarbením, ktoré môžu pretrvávať 5 až 10 dní. Po vy-

blednutí hematómov sa môže vyskytnúť hrdzavohnedé sfarbenie kože (hyperpigmentácia), ktorá môže byť trvalá.

Výstražné upozornenie k opaľovaniu pred a po ošetrení!



Opaľovanie pred ošetrením

1. Po opaľovaní počkajte minimálne 2 týždne, kým prístroj opäť použijete.
2. Pred ošetrením skontrolujte, či koža nevykazuje známky spálenia od slnka. V prípade, že spálenie od slnka nie je zahojené, potom s použitím prístroja počkajte dovtedy, kým sa spálenie úplne nezahojí.
3. Následne vykonajte test znášanlivosti kože na opálenej koži, aby ste zistili vhodný stupeň intenzity energie.

Opaľovanie po ošetrení

4. Po ošetrení počkajte s opaľovaním minimálne 48 hodín. Ešte začervenanú kožu nevystavujte slnku!
5. Prvé dva týždne po ošetrení ošetrované miesto chráňte pred slnečným žiarením pomocou odevu alebo opaľovacieho krému (minimálne OF 30).

Opaľovanie pod umelým svetlom

Pokyny na „opaľovanie pred ošetrením“ a „opaľovanie po ošetrení“ platia aj pre opaľovanie pomocou umelého svetla a samoopaľovacích prípravkov.

Pred a po návšteve sauny/kúpaliska dodržiavajte 24-hodinovú prestávku pred opätovným použitím prístroja, pretože v opačnom prípade môže chlór spôsobiť podráždenie kože.

⚠POZOR

Predchádzanie škodám

- Nepokúšajte sa váš prístroj otvoriť alebo opraviť. Pokus o otvorenie môže prístroj poškodiť a má za následok zánik záruky.
- Prístroj by sa nikdy nemal nechať bez dozoru, ak je zapojený do zásuvky.
- Prístroj neuvádzajte do prevádzky, ak je poškodený prístroj, kábel alebo zástrčka. Sieťový kábel udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od zohriatych povrchov.
- Prístroj vždy hneď po použití vytiahnite zo zásuvky.
- Prístroj nepoužívajte s nadstavcami a dielmi príslušenstva, ktoré neboli odporúčané spoločnosťou beurer GmbH.
- Prístroj počas používania nevystavujte teplotám pod 10 °C alebo nad 35 °C.
- Prístroj nepoužívajte, ak počas použitia prístroja vidíte alebo cítite dym.
- Prístroj nepoužívajte, ak je pretrhnutý, uvoľňuje sa alebo celkom chýba otvor ventilátora.
- Prístroj nepoužívajte, ak sú snímač farby kože na prístroji, kartuša alebo svetelná plocha prasknuté alebo zlomené.
- Svetelný impulz nesmerujte na žiadny iný povrch, než kožu. V opačnom prípade môžu byť spôsobené vážne škody na výstupnom okne svetla, resp. na snímači farby kože. Taktiež sa môžu vyskytnúť poškodenia na osvetlenom povrchu. Svetelný impulz aktivujte iba vtedy, ak je prístroj v kontakte s kožou.
- Prístroj po použití uchovávajte v originálnej škatuli.
- Prístroj nevystavujte na dobu viacerých hodín priamemu slnečnému a UV žiareniu, aby ste predišli škodám.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 2.

1 Svetelná plocha

2 Snímač farby kože/snímač kontaktu s pokožkou

3 Indikátor intenzity (3 úrovne)

4 Tlačidlo zapnutia/vypnutia/voľby energie

5 Kontrolka

6 Aktivačné tlačidlo

7 Zásuvka pre konektor prístroja

Bezpečnostné prvky

Prístroj disponuje **snímačom farby kože**. Tento snímač farby kože predchádza ošetreniu kože, ak máte príliš tmavú farbu kože alebo ste príliš opálený.

Prístroj je okrem toho vybavený zabudovaným **UV filtrom**, ktorý blokuje škodlivé UV lúče.

Na ochranu očí prístroj disponuje zabudovaným **snímačom kontaktu s pokožkou**. Tento bol vyvinutý, aby nebolo možné vyslať svetelný impulz, ak sa prístroj drží vo vzduchu. Svetelný impulz sa vydá iba vtedy, ak sa snímač kontaktu s pokožkou nachádza v úplnom kontakte s pokožkou.

6. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Skôr než začnete s aplikáciou, musíte najskôr vykonať nasledovné body:

1. Na základe tabuľky farieb chĺpkov a kože (nachádza sa na zadnej strane návodu na obsluhu) skontrolujte, ktorý stupeň intenzity je vhodný pre vás. Symbol „x" v tabuľke znamená, že prístroj pre vás nie je vhodný.
2. Pred každým použitím si oholte časti tela, ktoré chcete ošetrovať. Nepoužívajte depilačné krémy namiesto holiaceho strojčeka.
3. Uistite sa, že kožné partie, ktoré sa majú ošetrovať, sú oholené, suché a čisté (bez akýchkoľvek zvyškov púdru, make up, krému alebo dezodorantu).

⚠ VÝSTRAHA

Krátko pred použitím prístroja si nečistite kožu horľavými kvapalinami, ako je alkohol alebo acetón.

4. Svetelnú plochu 1 a snímač kontaktu s pokožkou vyčistite utierkou nepúšťajúcou vlákna.
5. Na každej časti tela, ktorú chcete ošetrovať, vykonajte **48 hodín** pred úplným ošetrením test znášanlivosti kože.

Vykonanie testu znášanlivosti kože

1. Konektor prístroja zapojte do prístroja a sieťový adaptér zapojte do elektrickej zástrčky. Kontrolka začne blikať na zeleno (pohotovostný režim).
2. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia/voľby energie. Na indikátore intenzity začne trvalo svietiť nazeleno jedna žiarovka (stupeň 1).

UPOZORNENIE

Pri ošetrení tváre by sa mal test znášanlivosti kože vykonať na mieste bez chĺpkov, ako napríklad pod uchom alebo na strane krku.

3. Svetelnú plochu priložte ku koži a stlačte aktivačné tlačidlo, aby ste vydali svetelný impulz na stupni 1. Dbajte na to, aby svetelná plocha a snímač kontaktu s pokožkou kompletne priliehali ku koži. Svetelný impulz je možné vydať, iba ak snímač kontaktu s pokožkou úplne prilieha ku koži. Uvidíte jasný záblesk, začujete praskavý zvuk a prípadne zacítite jemné pálenie a/alebo pôsobenie tepla. Ventilátor prístroja sa zapne po prvom záblesku. Prístroj je do 1 – 3 sekúnd (v závislosti od stupňa intenzity) pripravený na ďalší impulz a kontrolka na prístroji stále svieti na zeleno.
4. Snímač kontaktu s pokožkou priložte na inú ošetrovanú oblasť. Opakovaným

stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia/voľby energie zvýšte stupeň intenzity a pomocou aktivačného tlačidla vydajte svetelný impulz. Nezvyšujte intenzitu nad maximálnu povolenú/odporúčanú intenzitu pre váš odtieň kože (pozri Tabuľku farieb chĺpkov a kože na zadnej strane návodu na použitie).

UPOZORNENIE

Energetický stupeň zvyšujte iba v takom prípade, ak pre vás predchádzajúci energetický stupeň nebol nepríjemný. V prípade, že pre vás bol už energetický stupeň 1 nepríjemný, nezvyšujte energetický stupeň.

5. V prípade, že po osvetlení pociťujete nepríjemný pocit, znížte intenzitu.
6. Ukončite test znášanlivosti kože. Počkajte **48 hodín** a preskúmajte ošetrovanú plochu kože. Ak sa ošetrovaná plocha kože javí normálne (žiadna reakcia alebo mierne začervenanie), potom môžete testované kožné partie ošetrovať s intenzitou nastavenou pri teste znášanlivosti kože.

UPOZORNENIE

Ak ošetrovaná plocha kože vykazuje reakcie (napr. začervenanie alebo opuchy), počkajte, kým symptómy celkom neodznejú. Následne vykonajte test znášanlivosti kože s nižšou intenzitou. V prípade, že ošetrovaná plocha opäť vykazuje reakcie, poraďte sa so svojim lekárom.

7. POUŽÍVANIE

1. Konektor prístroja zastrčte do prístroja a sieťový adaptér do zásuvky. Kontrolka začne blikať na zeleno (pohotovostný režim).
2. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia/voľby **4** energie. Na indikátore intenzity začne trvalo svietiť nazeleno jedna žiarovka (stupeň 1).
3. Ak chcete aplikáciu vykonať s vyššou intenzitou, opakovaným stláčaním tlačidla zapnutia/vypnutia/voľby energie zvyšujte intenzitu, kým nebude nastavená požadovaná intenzita.
4. Svetelnú plochu priložte ku koži a stlačte aktivačné tlačidlo, aby ste vydali svetelný impulz. Dbajte na to, aby svetelná plocha a snímač kontaktu s pokožkou kompletne priliehali ku koži. Svetelný impulz je možné vydať, iba ak snímač kontaktu s pokožkou úplne prilieha ku koži **A**. Uvidíte jasný záblesk, začujete praskavý zvuk a prípadne zacítite jemné pálenie a/alebo pôsobenie tepla. Prístroj je do 1 – 3 sekúnd (v závislosti od stupňa intenzity) pripravený na ďalší impulz a kontrolka na prístroji stále svieti na zeleno.

7.1 Metódy použitia

⚠ VÝSTRAHA

Rovnakú oblasť neošetrujte v rámci jedného ošetrenia dvakrát. Ak jednu oblasť ošetrujte viac než raz, zvyšuje sa riziko vedľajších účinkov.

UPOZORNENIE

Impulzy prístroja by sa mali aplikovať v pásoch – začínajúc na jednom konci každého pásu a priebežne smerom k druhému koncu. Táto technika umožňuje lepšiu kontrolu už ošetrovaných plôch kože a pomáha predchádzať viacnásobnému ošetreniu rovnakej plochy alebo ošetreniu prekrývajúcich sa plôch kože. Svetelná plocha prístroja je koncipovaná tak, aby na ošetrenej ploche kože zostali krátkodobé otlačené miesta. Tieto viditeľné otlačené miesta môžete použiť na presné umiestnenie nasledovného impulzu.

Metóda aplikácie 1 režim „Auto-Flash“:
Držte stlačené aktivačné tlačidlo. Prístroj postupne vydáva po jednom svetelnom impulze, kým sa snímač kontaktu s pokožkou nachádza v úplnom kontakte s kožou. Po treťom svetelnom impulze, ktorý ste spustili stlačeným aktivačným tlačidlom, sa prístroj automaticky prepne do režimu „Auto-Flash“. Prístroj teraz vydáva v pravidelných intervaloch automaticky svetelné impulzy. V tomto režime nie je

potrebné manuálne stlačenie aktivačného tlačidla. Režim „Auto-Flash“ je obzvlášť vhodný na ošetrenie väčších oblastí, ako sú napríklad nohy.

Metóda aplikácie 2 „Aktivácia individuálnych zábleskov“:
Osvetľovacie tlačidlo po každom svetelnom impulze uvoľnite. Prístroj pri nasledovnom svetelnom impulze umiestnite priamo vedľa práve ošetreného miesta. Uistite sa, že svetelná plocha a snímač kontaktu s pokožkou kompletne priliehajú ku koži. Tento režim zaručuje presné ošetrenie napr. kolien alebo členkov.

UPOZORNENIE

Ak prístroj nevydá žiadny svetelný impulz a kontrolka svieti **naoranžovo**, potom nemá kožný snímač dostatočný kontakt s kožou.
Ak prístroj nevydá žiadny svetelný impulz a kontrolka svieti **načerveno**, potom je plocha kože, ktorá sa má ošetrovať, príliš tmavá.

UPOZORNENIE

Ak by sa vám prístroj zdal nepríjemne horúci, nechajte ho pár minút vychladnúť. V ošetrení môžete pokračovať bežným spôsobom po krátkej prestávke na vychladnutie.

7.2 Špeciálne upozornenia pre ošetrovanie na tvári

⚠ VÝSTRAHA

- Prístroj nepoužívajte na mužskej tvári.
- Prístroj nepoužívajte na tvári s vyššou intenzitou ako je stupeň energie 2. Prístroj nepoužívajte na tvári nad líčnymi kosťami alebo očami, obočím a riasami, pretože to môže mať za následok vážne poškodenie očí. Prístroj nepoužívajte nad sliznicami v nosovo-ušnej oblasti.
- Pokožka tváre je veľmi citlivá a vyžaduje si špeciálnu starostlivosť. Bezpodmienečne dodržiavajte všetky varovné a bezpečnostné upozornenia v tomto návode na obsluhu, aby ste predišli neželaným následkom. Pred ošetrením tváre odporúčame vykonať ošetrenie tela a oboznámiť sa s prístrojom. Pomocou prístroja je možné ošetrovať všetky časti tváre pod líčnymi kosťami, ako je napríklad horná pera, líce, sánka, brada a krk.

1. 48 hodín pred ošetrením bezpodmienečne vykonajte bodový test znášanlivosti kože. Test znášanlivosti kože by sa mal vykonávať v oblasti bez chĺpkov, napríklad pod uchom alebo po stranách krku, aby sa zistil vhodný energetický stupeň.

⚠ VÝSTRAHA

Testovanú plochu ošetrujte najskôr 1 týždeň po vykonaní testu znášanlivosti kože.

2. Ošetrovanú plochu označte bielou kajalovou ceruzkou na oči. Značenie používajte ako orientačnú čiaru pre vydávanie impulzov. Týmto spôsobom môžete predísť tomu, aby sa ošetrované plochy prekrývali alebo došlo k ošetreniu neželaných oblastí tváre.
3. Na správne priloženie prístroja na ošetrovanú plochu používajte zrkadlo.
4. Dodržiavajte pokyny na použitie a obzvlášť dodržiavajte nasledovné špecifické pokyny.

Ošetrenie hornej pery
Svetelnú plochu prístroja umiestnite spôsobom zobrazeným na obrázku. Na každej označenej oblasti vydajte jeden impulz. **B**
Vyhýbajte sa ošetrovaniu nosných dierok a pier, pretože tieto miesta sú citlivejšie.

UPOZORNENIE

Za účelom napnutia ošetrovanej plochy môžete pery stiahnuť „dovnútra“ alebo ich stlačiť, prípadne naneste na pery a okraj pier hrubú vrstvu kajalovou ceruzkou na oči. Táto biela čiara zabezpečí, že sa energia záblesku odrazí a nedosiahne vaše pery, ak náhodou nasmerujete svetelný impulz na pery.

Ošetrenie oblasti líc a sánky
Svetelnú plochu prístroja umiestnite spôsobom zobrazeným na obrázku. V každom bode vydajte impulz a pohybujte sa pritom z jednej strany líca resp. sánky na druhú. C

Ošetrenie oblasti krku a brady
Svetelnú plochu prístroja umiestnite spôsobom zobrazeným na obrázku. V každom bode vydajte impulz a pohybujte sa pritom z jednej strany krku resp. brady na druhú. D

Starostlivosť po ošetrení tváre

- Naneste upokojujúcu emulziu, napr. Aloe Vera.
- Minimálne 24 hodín sa vyhýbajte aplikácii peelingových a bieliacich krémov alebo zodpovedajúcich výrobkov, pretože to má za následok podráždenie ošetrovanej kože.
- Minimálne 48 hodín po ošetrení sa vyhýbajte viac ako 15 minútam pôsobenia priameho slnečného žiarenia. Ak je ošetrovaná koža počas tohto časového obdobia aj napriek tomu vystavená slnečnému žiareniu, musíte bezpodmienečne použiť opaľovací krém s OF 30 a vyšším.
- Vyhýbajte sa odstraňovaniu chĺpkov voskom alebo trhaním na ošetrovaných miestach.

Majte na pamäti, že to môže trvať celý cyklus rastu chĺpkov, kým sa dostavia dlhotrvajúce výsledky odstraňovania ochlpenia.

7.3 Frekvencia aplikácie

Pri ošetreniach tela:

- Odstup medzi prvými 3 – 4 ošetreniami na odstraňovanie chĺpkov pomocou systému Pure Skin Pro by mal predstavovať vždy približne dva týždne.
- Odstup medzi 5. až 7. ošetrením na odstraňovanie chĺpkov pomocou systému Pure Skin Pro by mal predstavovať vždy približne štyri týždne. Potom budete systém Pure Skin Pro používať zvyčajne občas a v prípade potreby, kým sa nedosiahnu dlhodobé výsledky.

Pri ošetrovaní tváre:

- Odstup medzi prvými 6 ošetreniami na odstraňovanie chĺpkov pomocou systému Pure Skin Pro by mal predstavovať vždy približne dva týždne.
- Odstup medzi 7. až 12. ošetrením na odstraňovanie chĺpkov pomocou systému Pure Skin Pro by mal predstavovať vždy približne štyri týždne. Potom budete systém Pure Skin Pro používať zvyčajne občas a v prípade potreby, kým sa nedosiahnu dlhodobé výsledky.

To zodpovedá odporúčanému plánu ošetrení, s ktorým sa preukázateľne dosahujú najlepšie výsledky. Môžete si však vypracovať aj iný osobný plán ošetrení a aj napriek tomu získať uspokojivé výsledky.

7.4 Po ošetrení

1. Po dokončení ošetrenia na odstraňovanie chĺpkov podržte na 3 sekundy stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia/voľby energie. Pohotovostný režim je indikovaný blikaním malej zelenej kontrolky.
2. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
3. Po každom ošetrení na odstraňovanie chĺpkov sa odporúča vyčistenie prístroja, predovšetkým svetelnej plochy.
4. Po vyčistení odporúčame prístroj uložiť do jeho originálnej škatule a chrániť ho pred vodou.
5. Po ošetrení nepoužívajte antiperspirant/dezodorant, pretože to môže mať za následok podráždenie kože.

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po každom ošetrení na odstraňovanie chĺpkov sa odporúča vyčistenie vášho prístroja, predovšetkým svetelnej plochy.
Na čistenie nepoužívajte žiadne roztokové alebo agresívne čistiace prostriedky alebo drhnúce prostriedky, pretože to môže mať za následok poškodenie povrchu.
Prístroj alebo jeho časti nikdy neponárajte do vody!

1. Pred začatím čistenia vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Teleso prístroja vyčistite suchou, čistou čistiacou utierkou.
3. Svetelnú plochu **1** a snímač kontaktu s pokožkou jemne vyčistite mierne navlhčenou utierkou nepúšťajúcou vlákna.

9. ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY?

„Prístroj nie je možné zapnúť.“

- Uistite sa, že je kábel s konektorom správne zapojený v prístroji.
- Uistite sa, že je sieťový adaptér zapojený do nástennej elektrickej zásuvky.

„Pri stlačení aktivačného tlačidla sa nevydá žiadny svetelný impulz“

- Uistite sa, že máte dobrý kontakt s pokožkou a že sa svetelná plocha a snímač kontaktu s pokožkou pritláčajú rovnomerne a pevne na kožu. Pre vašu bezpečnosť aktivuje osvetľovacie tlačidlo impulz iba vtedy, keď je snímač kontaktu s pokožkou kompletne zakrytý kožou.
- Keď sa kontrolka na prístroji rozsvieti načerveno, znamená to, že vaša farba kože nameraná snímačom farby kože, je pre aplikáciu príliš tmavá. Skúste prístroj otestovať na inom mieste na tele alebo sa obráťte na zákaznícky servis.
- Keď sa kontrolka na prístroji rozsvieti naoranžovo, znamená to, že kontakt s kožou nameraný snímačom kontaktu s pokožkou, je príliš slabý. Zvýšte kontakt s kožou alebo sa obráťte na zákaznícky servis.
- Keď svieti kontrolka trvalo načerveno, potom sa dosiahol maximálny počet impulzov.

10. LIKVIDÁCIA



V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom.
Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	IPL 5500
Ošetrovaná plocha	3,1 cm2
Technológia	IPL (Intense Pulsed Light pre súkromné použitie)
Vlnová dĺžka	475 – 1200 nm
Max. energetická hladina	max. 5 joulov/cm2
Voliteľné energetické stupne	3
Rýchlosť	1 impulz s odstupom: 1 sekunda na stupni 1 2 sekundy na stupni 2 3 sekundy na stupni 3
Max. impulzy v žiarovke	600.000
Rozmery	16 x 6,5 x 5,5 cm
Hmotnosť	približne 180 g
Teplota	Prevádzka 10 – 40 °C Skladovanie-10 – 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	Prevádzka 30 – 70 % relatívna vlhkosť vzduchu Skladovanie 0 – 90 % pri 55 °C (bez kondenzácie)

Sieťový zdroj

Číslo modelu	DYS825-120180W-2
Vstup	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Výstup	12,0 V ⎓ 1,8 A, 21,6 W
Trieda ochrany	Tento prístroj má dvojitú ochrannú izoláciu (trieda ochrany II) ⧈
Polarita	⊖—◎—⊕
Priemerná prevádzková účinnosť	≥86,55 %
Spotreba energie bez záťaže	≤0,08 W

Technické zmeny vyhradené

12. ZÁRUKA/SERVIS

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Tabulka barvy ochlupení a pokožky / Tabuľka farieb chĺpkov a kože

Typ pokožky / Ochlupení	I	II	III	IV	V	VI
Černá	Energetická úroveň 2-3	Energetická úroveň 2-3	Energetická úroveň 2-3	Energetická úroveň 1-2	Energetická úroveň 1-2	×
Tmavě hnědá	Energetická úroveň 2-3	Energetická úroveň 2-3	Energetická úroveň 2-3	Energetická úroveň 1-2	Energetická úroveň 1-2	×
Hnědá	Energetická úroveň 2-3	Energetická úroveň 2-3	Energetická úroveň 2-3	Energetická úroveň 1-2	Energetická úroveň 1-2	×
Tmavě blond	Energetická úroveň 2-3	Energetická úroveň 2-3	Energetická úroveň 2-3	Energetická úroveň 1-2	Energetická úroveň 1-2	×
Světlá blond	Energetická úroveň 2-3	Energetická úroveň 2-3	Energetická úroveň 2-3	Energetická úroveň 1-2	Energetická úroveň 1-2	×
Červená	Energetická úroveň 2-3	Energetická úroveň 2-3	Energetická úroveň 2-3	Energetická úroveň 1-2	Energetická úroveň 1-2	×
Šedá/ bílá	×	×	×	×	×	×



CS * Zvolte energetickou úroveň především na základě vašeho vlastního pocitu.

** *Čím vyšší bude energetická úroveň, tím efektivnější bude ošetření.*

SK * *Zvolte si energetický stupeň predovšetkým podľa vlastného pocitu.*

** *Čím vyšší je energetický stupeň, tým účinnejšie je ošetrenie*

Tělo | Telo

V případě potřeby ošetření opakujte



Obličej | Tvár

V případě potřeby ošetření opakujte



Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com

575.14_IPL5500_2026-02-02_06_IM2_BEU_CS_SK